


引張試験器テクノテスター 使用上の注意【センターシャフト】



引張試験器を下に傾けて使用すると、**センターシャフト**が落下します。
必ず壁に対して垂直より上向きを保った状態で使用してください。



センターシャフト

誤ってセンターシャフトを落下させて
しまうと、
曲がり・ネジ山つぶれ等で使用できな
くなる恐れがあります。
使用時は十分にご注意ください。

お問合せ先

GOOD 株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端 2-2-2 第2今城ビル1階

TEL : 03-6807-7901

FAX : 03-6807-7921

お取扱いにつきまして
ご不明な点がございましたら
弊社までお問合せください